

### **Pytania i odpowiedzi 1**

#### **Dostawa odczynników laboratoryjnych i sprzętu jednorazowego użytku do laboratorium Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: SPZOZ.ZP.242.07.2024**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia na w/w zadanie:

**Pytanie**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz 5 dopuszcza próbówki o pojemności użytkowej 4 ml a całkowitej 5ml?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz 6 dopuszcza pojemniki o pojemności użytkowej 25ml a całkowitej 30ml?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz 11 dopuszcza próbówki o pojemności użytkowej 10ml a całkowitej 11ml?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz 15 wymaga kamer typu Fast -Read?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w poz 16 dopuszcza próbówki o pojemności użytkowej 10ml a całkowitej 11ml?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie, Pakiet nr 2, Poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników laboratoryjnych o poj. nominalnej 125 ml?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie, Pakiet nr 2, Poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie, Pakiet nr 2, Poz. 15**

Prosimy o podanie rodzaju kamer do moczu – z okrągłymi polami, Vetriplast, Pentasquare czy Fast-Read? Czy chodzi o 2000 sztuk kamer czy o 2000 oznaczeń?

**Odpowiedź**

Fast-Read - 2000 sztuk kamer tj. 2000 badań moczu

**Pytanie, Pakiet nr 2, Poz. 16**

Czy ze względu na różnie podawaną przez różnych producentów pojemność probówek, Zamawiający zgodzi się na probówki o pojemności określonej jako 10 ml?

**Odpowiedź**

Nie

**Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić składając ofertę.**