

Pytania i odpowiedzi 1

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: SPZOZ.ZP.242.21.2025

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia na w/w zadanie:

dot. zał.nr 1 do SWZ

dot. Pakiet nr 12

1. Czy Zamawiający dopuści stolik o szerokości 51 cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy Zamawiający dopuści stolik o głębokości 52 cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Czy Zamawiający dopuści półkę o wymiarach 45 x 32 cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Czy Zamawiający dopuści półkę o wymiarach 45 x 32 cm?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Czy Zamawiający dopuści stolik wykonany w aluminiowego profilu oraz stalowych półek i szuflady, na stalowej podstawie z osłoną z tworzywa ABS?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

dot. Pakiet nr 13

1. Czy Zamawiający dopuści parawan o wysokości 170 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
2. Czy Zamawiający dopuści parawan o szerokości jednego skrzydła 70 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
3. Czy Zamawiający dopuści parawan o szerokości całkowitej 140 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
4. Czy Zamawiający dopuści parawan z zasłonkami montowanymi na rzepy z możliwością łatwego demontażu do prania lub dezynfekcji?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

dot. załącznik nr 3 do SWZ- umowa oraz SWZ pkt III.

dot. umowa §1 ust. 2) §4 ust. 3) i 5) oraz OPZ- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zamontowania, uruchomienia, montażu oraz szkolenia w zakresie pakietu nr 12 i 13 ze względu na fakt, iż produkty będące przedmiotem zamówienia w tych pakietach dostarczane są złożone, gotowe do użytku, a ich obsługa ma charakter typowy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

dot. umowa §7 ust 8. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że w przypadku asortymentu, dla którego Producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów (dot. pakiet nr 12 i 13) niniejsze nie będą wymagane.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy:

Pakiet nr 5 - Szyna CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego (1 szt.)

Pakiet nr 7 - Artromot S4 do ćwiczeń ciągłych i biernych stawu barkowego (1 szt.)

Pytanie nr 1 Ad lp. 4, 5 i 7 / Pakiet nr 7 - Artromot S4 do ćwiczeń ciągłych i biernych stawu barkowego

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniający wszystkie wymagania SWZ ARTROMOT S4 do ćwiczeń ciągłych i biernych stawu barkowego z zakresami ruchu odwodzenie/przywodzenie 0°/30°/160°, zgięcie/wyprost

0°/30°/160°, rotacja wewnętrznej/zewnętrznej 90°/0°/90° oraz przodo/tyłopochylenie 110°/0°/10° (4) z płynnie regulowaną prędkością w zakresie 5- 100% - co 5% bez określania tempa (5) oraz z programami terapeutycznymi PNF, Fala, Izolacja, Oscylacja, Stretching (7)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 Ad lp. 3-4, 7-8, 10-12, 18, 20-21 Pakiet nr 5 - Szyna CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniającą SWZ szynę CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego dla pacjentów o wzroście minimum 135-200 cm i lepszym/wyższym obciążeniu szyny/ wadze kończyny do minimum 25kg (czyli wadze minimum 150 kg) (3-4), z zakresem ruchu biernego w stawie kolanowym -10°- 120° oraz biodrowym 0° - 115° (7-8), z płynnie regulowaną prędkością w zakresie 5-100% - co 5% bez określania tempa (10), o wadze urządzenia do max. 17 kg (11),

z kontrolą wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z bezpiecznymi i czytelnymi przyciskami i wyraźnym wyświetlaczem (12 i 18), z praktycznie nieograniczoną ilością programów użytkownika zapisywanych na kartach pamięci (równoczesna ilość zależna od ilości kart) (20), z możliwością zmiany wszystkich parametrów w trakcie terapii bez oczekiwania na zakończenie zaprogramowanego czasu terapii (21) spełniającą i przekraczającą pozostałe wymagania?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 Pakiet nr 5 - Szyna CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego

Zamawiający określa szynę w pakiecie 5 jako CPM i CAM tj. ciągły ruch bierny oraz kontrolowany ruch aktywny, jednak w treści wymagań nie ma żadnych wskazujących na ruch aktywny, w związku z tym uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w Pakiet nr 5 - Szyna CPM i CAM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego ma posiadać tryb CAM (Controlled Active Motion) i czy w trybie koordynacji ma posiadać programy utrzymania siły statycznej/ dynamicznej oraz programy znajdowania kąta aktywnego/ pasywnego rozwijające percepcję aktualnej pozycji zgiętego kolana oraz czy ma posiadać dedykowane sekwencyjne, automatyczne plany terapii dostosowane do najczęstszych urazów i operacji (więzadła krzyżowe, chrząstka stawowa, endoprotezoplastyka) oparte na kilku etapach z dostosowanym współczynnikiem aktywności w odpowiedniej proporcji ruchu pasywnego do aktywnego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 Pakiet nr 5 i Pakiet nr 7

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Szyny opisane w pakiecie 5 i 7 mają być wyposażone w karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta, co poprawia ergonomię pracy znacznie ułatwiając i przyspieszając czas nastaw w wypadku wielu pacjentów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 Pakiet nr 5 i Pakiet nr 7

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Szyny opisane w pakiecie 5 i 7 mają być wyposażone w dokumentację przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota, co motywuje i znacznie ułatwia ocenę postępów pacjenta?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie nr 6 Pakiet nr 5

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna opisana w pakiecie 5 ma być wyposażona w osprzęt do zsynchronizowanej z ruchem kończyny elektrostymulacji?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić składając ofertę.