

## Pytania i odpowiedzi 2

### **Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach. Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: SPZOZ.ZP.242.21.2025**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ), Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia na w/w zadanie:

#### **Pakiet nr 13 - Parawan metalowy (7 szt.)**

Czy Zamawiający dopuszcza parawan wykonany z rur stalowych chromowanych albo z rur aluminiowych lakierowanych proszkowo na biało?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pakiet nr 13 - Parawan metalowy (7 szt.)**

Czy Zamawiający dopuszcza parawan wykonany z tkanin impregnowanych, zmywalnych, antystatycznych?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pakiet nr 13 - Parawan metalowy (7 szt.),**

Czy Zamawiający dopuszcza parawan o wymiarach:

Wysokość 175 cm

Szerokość 96 cm (szerokość jednego skrzydła)

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Dot. Pakietu nr 11 Wanna do hydromasażu (1 szt.) Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści wannę która nie posiada programu Turbo?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

#### **Dot. Pakietu nr 11 Wanna do hydromasażu (1 szt. ), Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści wannę która nie posiada wbudowanej Lampy UV do dezynfekcji?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

#### **Dot. Pakietu nr 11 Wanna do hydromasażu (1 szt. ) Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści wannę o wymiarach: 250x98x75 cm (dł. x szer. x wys.)?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Wszystkie powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić składając ofertę.**

